

Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Director de Servei Dr. [redacted]

Hospital Universitari Sant Joan, Reus

Cap Clínic:

Dr. [redacted]

Mélgos Adjunts:

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Mélgos Residents:

Dr. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Mélgos Adjunts Urgències:

Dr. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

Cap de Servei:

Dr. [redacted]

Mélgos Adjunts:

Dr. [redacted]

Dr. [redacted]

Dr. [redacted]

Dra. [redacted]

Hospital Lleuger de Cambrils

Mélgos Adjunts:

Dra. [redacted]

Dr. [redacted]

Dr. [redacted]

Consultes ICS al HUSJ

Mélgos Associats:

Dr. [redacted]

Dr. [redacted]

Secretaria:

Srta. [redacted]

Tel: [redacted]

Fax: [redacted]

Correu: [redacted]

Tanto las prótesis retiradas a los pacientes, así como los estudios anatómo-patológicos, la documentación clínica, los estudios radiológicos y fotográficos de los casos en el momento de su reintervención se encuentran en nuestro Centro a disposición Judicial si ello se considera necesario. Así se comunicó también a la Agencia del Medicamento.

Visto que desde el Juzgado de Instrucción nº3 se nos solicitó en su día la transmisión de documentación clínica referente a parte de los afectados, enviada desde la Dirección del Centro, me pareció lógico y necesario de informar a dicho Juzgado que, desde entonces, se siguen tratando pacientes con las mismas características, portadores de implantes Traiber, lo cual representa un volumen de pacientes afectados mayor de lo inicialmente detectado.

Por la presente pongo en conocimiento del Juzgado que, desde la publicación de la alerta sanitaria de 2014 hasta la fecha de hoy, el total de casos detectados y que han necesitado reintervención quirúrgica, ha sido de 74, repartidos como se detalla:

- 2 pacientes con prótesis femorales biarticulares de cadera, en principio no imputables a fallo del implante.
- 1 paciente con rotura de tornillo pedicular de artrodesis lumbar.
- 39 pacientes con prótesis totales de cadera recambiadas.
 - 1 de los cuales falleció en el postoperatorio inmediato por fallo multi-orgánico.
- 32 pacientes con prótesis totales de rodilla
 - 11 de dichos pacientes presentaban también una rotura espontánea de la bandeja metálica tibial.
 - 1 de los cuales necesitó una amputación de la extremidad inferior a nivel del muslo dada la gran destrucción séptica del hueso alrededor del implante y su patología vascular de base, que impidió toda reconstrucción (de este caso no se conservó el implante ya que la familia decidió la incineración del resto anatómico, pero si se conservan datos de lotes/referencias de los implantes).

En los ficheros adjuntos se identifican los pacientes a los que se hace referencia, así como los detalles de los implantes retirados, datos comunicados en su día a la Agencia Española del Medicamento.

Quedo a su disposición por si lo consideran necesario.

Dr. [redacted]
Director de Servei C.O.T.
Hospital Universitari Sant Joan Reus

